



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.01035

Срок действия с 21.05.2024 по 20.05.2027

№ 0078054

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Устройство отбора твердых частиц для системы аспирации: Размер: 112x100 мм., усечённый конус 80x112 мм., Максимальное отрицательное давление: 75 кПа., Диаметр штуцера: 8 мм.. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Материал фильтра: нержавеющая сталь. Ячейка фильтра: 0.25 мм. Цвет: серебро. Температурный диапазон: +10 - +40. Вес нетто: 500 г. Комплект: устройство, фильтр, силиконовая прокладка. Серийный выпуск.

код ОК  
32.50.13

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 32.50.13-003-22647953-2024 «УСТРОЙСТВО ОТБОРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ. Технические условия».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС-МЕДИКАЛ», Адрес: Россия, 450522, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Зубово, ул. Восточная, д.11, ИНН: 0278206420, ОГРН: 1130280071932, телефон: +7-347- 216-47-79; 294-26-99, электронная почта: gelios-medical@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС-МЕДИКАЛ», Адрес: Россия, 450522, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Зубово, ул. Восточная, д.11, ИНН: 0278206420, ОГРН: 1130280071932, телефон: +7-347- 216-47-79; 294-26-99, электронная почта: gelios-medical@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний(исследований) №0981-ПРО/24 от 20.05.2024, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17



Проверка подлинности сертификата соответствия

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Т.М. Кузнецов  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Ф. Нуриева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации